




СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

СОФИЯ 1233, ул. „Враня“ № 20, тел. 8130 400, факс 831 21 29

www.srzi.bg, e-mail director@srzi.bg



ДО

Всички потенциални участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на референтни материали, сертифицирани референтни материали, лабораторни реактиви за генетично модифицирани организми (ГМО), индикаторни тръбички, химически реактиви и консумативи“ по тридесет и три обособени позиции, открита с Решение номер 12-00-379 от 05.10.2015 г.

Относно: *разяснения по документацията*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл.29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в законоустановения срок, във връзка с постъпило искане по електронна поща с вх. № 26-00-1156/08.10.15 г. за разяснения по документацията за участие в горепосочената процедура, ви представяме следните разяснения:

ВЪПРОС: По обособена позиция XXVII „Колонки за твърдофазна екстракция“, подпозиция „Патрон за твърдофазна екстракция“ – В минимални технически изисквания е записано „Waters Sep-Park Plus tC18 Clasik“, моля да уточните, дали се има предвид спецификация „Waters Sep-Pak Plus tC18“, тъй като за сорбента „tC18“ не съществува конфигурация „Classic“. Моля за същия продукт да уточните коя от формите на патрона се изисква „short“, „long“ или „light“, както и да изясните дали е коректно зададено изискваното количество от продукта?

ОТГОВОР: За коректни минимални технически изисквания към подпозиция 5 „Патрон за твърдофазна екстракция“ от позиция XXVII. „Колонки за твърдофазна екстракция“ следва да се считат „Waters Sep-Pak C18 Classic“. Изискваното количество на продукта е една опаковка, която съдържа 50 бр. патрона, при запазване на прогнозната единична и обща цена.

Настоящите разяснения следва да се считат за неразделна част от документацията по обществената поръчка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Д-Р ДАНЧО ПЕНЧЕВ

Директор на Столична регионална здравна инспекция

